

Folgende Hörgeräte sind offenbar ebenfalls falsch in das Hilfsmittelverzeichnis einsortiert:

Hilfsmittelverzeichnis-Gruppe

[- diese Liste zum Herunterladen als Word-Dokument -](#)

Untergruppe	Mehrkanalige HdO- und IO-Geräte Nr.	13
Produktart	HdO-Geräte über 70 dB Nr.	2000

Widex Micro-Technic: Großer dänischer Hörgerätehersteller		
1320032035	Senso Digital C8 Hörgerät	HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 50 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, Verstärker in Digitaltechnik, PC, TB und AGC durch Verstärkereinstellung, PTB-Nr. 1243
1320032036	Senso Digital C9 Hörgerät	HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 58 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, Verstärker in Digitaltechnik, PC, TB und AGC durch Verstärkereinstellung, PTB-Nr. 1280
1320032037	Senso Digital C18 Hörgerät	HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 63 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, Verstärker in Digitaltechnik, PC, TB und AGC durch Verstärkereinstellung, PTB-Nr. 1281
1320032040	Senso Digital C19 Hörgerät	HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 59 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, Verstärkung in Digitaltechnik, PC, TB und AGC durch Verstärkereinstellungen, PTB-Nr. 1353
KIND		
1320032041	KIND H 530 Hörgerät	HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 50 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, Verstärker in Digitaltechnik, PC, TB und AGC durch Verstärkereinstellungen, PTB-Nr. 1243 (Fehler? scheint identisch mit WIDEX, Nr. 1320032035, auch gleiche PTB-Nummer!